

Số: 172/BVPNT

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 2 năm 2026

V/v Yêu cầu chào giá mua
Máy nuôi cấy vi khuẩn lao
môi trường lỏng và hệ thống
khí y tế trung tâm năm 2026.

Kính gửi: Các công ty sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phổi Ninh Thuận đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở mua sắm máy nuôi cấy và làm kháng sinh đồ vi khuẩn lao tự động, hệ thống khí y tế trung tâm năm 2026. Mời các nhà cung ứng có đủ năng lực theo quy định tham gia chào giá mua sắm máy nuôi cấy và làm kháng sinh đồ vi khuẩn lao tự động, hệ thống khí y tế trung tâm năm 2026 cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện phổi Ninh Thuận

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Phước Lợi, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bảng ký đóng dấu gửi về : Phòng Tổ chức hành chính – Bệnh viện phổi Ninh Thuận

Thông tin người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phương – Khoa Dược
– VTYT – SĐT: 0979.168.211

File mềm gửi vào địa chỉ Mail: dauthaubvlpnt@gmail.com.

3. Các giấy tờ pháp lý gửi kèm theo:

- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

(Tài liệu gửi về Bệnh viện phải được niêm phong theo quy định)

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 14 h 00 phút ngày 25 tháng 2 năm 2026 đến 15 h 00 phút ngày 09 tháng 3 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

PHỤ LỤC HÀNG HÓA XIN BÁO GIÁ

(Đính kèm Công văn số 182/BVPNT Ngày 24/2/2026 của Bệnh viện Phổi Ninh Thuận)

STT	DANH MỤC CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT THIẾT BỊ
1	Máy nuôi cấy vi khuẩn lao môi trường lỏng
	Đơn vị tính: Cái
	Số lượng: 01 cái
Cấu hình tính năng kỹ thuật của thiết bị	
1.1	Yêu cầu chung
	<ul style="list-style-type: none">- Thiết bị mới 100%- Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở về sau- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 và FDA hoặc tương đương- Nguồn điện cung cấp: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz- Yêu cầu môi trường hoạt động:<ul style="list-style-type: none">+ Nhiệt độ tối đa: 30° C+ Độ ẩm tối đa: 80%
2.1	Yêu cầu cấu hình cung cấp
	<ul style="list-style-type: none">- Máy chính: 01 Bộ- Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 Bộ- Máy in laser: 01 Cái (Mua tại Việt Nam)- Bộ hóa chất thử máy: 01 Bộ- Tài liệu HDSD tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
2.2	Thông số kỹ thuật
	<p>Chức năng chính:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nuôi cấy và phát hiện nhanh vi khuẩn lao- Thực hiện kháng sinh đồ lỏng đối với vi khuẩn lao <p>Nguyên tắc: Dựa vào sự gia tăng tín hiệu huỳnh quang gây ra bởi sự giảm nồng độ oxy do vi sinh vật có trong mẫu bệnh phẩm sử dụng.</p> <p>Công suất máy: 320 mẫu/lần chạy</p> <p>Có thể kết nối với hệ thống phần mềm LIS (Laboratory Information System)</p> <p>Phần cứng:</p> <ul style="list-style-type: none">- Một ngăn kéo có chứa 320 vị trí chứa mẫu (16 hàng x 20 cột)- Bộ phận quét mã vạch được đặt phía trước máy <p>Hệ thống quang học:</p> <ul style="list-style-type: none">- Đèn báo tình trạng vị trí tại mỗi vị trí nhằm báo hiệu tình trạng khác nhau của mỗi

2.1	Yêu cầu chung
	<p>- Máy mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau</p> <p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>Điện áp: 380V/50Hz</p>
2.2	Chỉ tiêu kỹ thuật
	<p>1. Máy nén khí trung tâm Điện áp 380V/50Hz Lưu lượng: 1470 lít/phút/máy Áp suất làm việc tối đa: 9.5 bar Công suất: 11 kW Điện áp: 380V – 3P – 50Hz</p> <p>Máy sấy khí Lưu lượng: 1.800 lít/phút Áp suất làm việc max: 16bar</p> <p>Lọc sơ cấp Lưu lượng: 3.300 lít/phút Cấp lọc: 1 micro Áp suất làm việc: 16 bar</p> <p>Lọc tinh Lưu lượng: 3.300 lít/phút Cấp lọc: 0.01 micro Áp suất làm việc: 16 bar</p> <p>Lọc than hoạt tính Lưu lượng: 3.300 lít/phút Cấp lọc hơi dầu: 0.003 mg/m³ Áp suất làm việc max: 16 bar</p> <p>Bộ điều khiển • Chức năng chạy luân phiên Chức năng bù áp suất</p> <p>Van điều áp</p> <p>Bình tích áp trung gian Tổng dung tích: 1.000 lít Áp suất làm việc tối đa: 10kg/2cm² Nhiệt độ làm việc: 100°C Phụ kiện đi kèm: Van xả đáy, đồng hồ áp, van an toàn</p> <p>2. Máy hút trung tâm Cấu hình cung cấp bao gồm: - Bơm hút chân không: 02 máy - Tủ điều khiển tự động: 01 cái - Bình tích áp chân không 1.000 lít (nằm ngang): 01 cái - Bộ lọc đường ống (lọc khuẩn): 02 cái - Bình thủy tinh bẫy dịch 250mml: 02 cái</p> <p>Đặc tính thông số kỹ thuật</p>





LỤC 2

BẢNG BÁO GIÁ

Tên công ty:
Địa chỉ:

Kính gửi: Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Ninh Thuận

Căn cứ Công văn mời báo giá số: /BVPNT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Phổi Ninh Thuận,
Công ty gửi báo giá các mặt hàng như sau:

STT	STT theo thư yêu cầu báo giá	Danh mục thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (gồm VAT) VND	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thành tiền
1												
2												
3												
.....												

Tổng số khoản:
Báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và thuế VAT

Báo giá này có hiệu lực từ ngày 09/3/2026 đến ngày/...../2026 (Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày), kể từ ngày tháng năm 2026

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc
- Các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp
- Giá trị của các thiết bị y tế trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực,

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

- Họ và tên:
- Số điện thoại:

....., Ngày.....tháng.....năm 2026

Đại diện công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)